1. DADOS DO PRODUTO

Nome do produto: COLPOSCÓPIO KLP

NCM: 9018.19.80

Códigos Produto:

DESCRIÇÃO	REGISTRO ANVISA	CÓDIGO REFERÊNCIA
Colposcópio KLP 200 LED	10237610077	10.1182
Colposcópio KLP 200 LED com sistema de vídeo USB		10.1186
Colposcópio KLP 200 LED com sistema de vídeo analógico		10.1233

2. IMAGEM

KLP 200 com iluminação LED

3. DESCRIÇÃO

Colposcópio binocular, sistema galileu, para exames de colposcopia, vulvoscopia, anuscopia e peniscopia.

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Colposcópio com sistema galileu, binocular reto, lentes de cristal, microfocalização na objetiva com variação de 40mm no ajuste manual, estativa reta com sistema pneumático para ajuste de altura, iluminação LED, potenciômetro para ajuste da intensidade da iluminação.

CABEÇA OPTICA

- Binoculares: Reto – 160mm
- Oculares com ajuste de dioptrias em 12,5x.
- Dioptrias: -5D até +5D
- Aumentos: 3x; 4x; 7x; 11x; 17x
- Campo de visão: 12 a 79mm
- Distância inter pupilar: 55mm até 75mm
- Micro focalização: objetiva.
- Macro focalização: movimento do equipamento
- Distância de trabalho: 300mm
- Filtro Verde

ESTATIVA

- Tipo: Pedestal reto, portátil, de chão, com cinco rodízios e mola pneumática
- Ângulo de rotação: 360°
- Nível de elevação: 127 cm
- Altura da objetiva até o chão: 100-127 cm
- Tamanho da base: 600mm
- Peso: 20 kg

ILUMINAÇÃO

- Tipo de iluminação: LED – acoplado diretamente na cabeça ótica
- Fonte de luz fria: Lâmpada LED de 5K
- Corrente elétrica: AC 110V / 220V - 200W automático
- Intensidade da luz: 80.000 LUX

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

- Sistema de vídeo USB
- Sistema de vídeo analógico

5. APRESENTAÇÃO COMERCIAL E EMBALAGEM

PRODUTO	TIPO DE EMBALAGEM	APRESENTAÇÃO COMERCIAL
10.1182 | 10.1186 | 10.1233	Caixa de papel ondulado	Unitário

6. INSTRUÇÕES DE USO

Após montagem do equipamento conforme manual de instruções. Ligar equipamento na rede elétrica. Posicionar o equipamento próximo ao paciente, realizar focalização e proceder o exame de acordo com técnica de domínio profissional.

7. GARANTIA

Doze (12) meses a partir da data de emissão da nota fiscal.

8. ARMAZENAMENTO

Armazenar em local fechado, temperatura ambiente, livre de umidade.

9. ADVERTÊNCIAS, PRECAUÇÕES E CONTRAINDICAÇÕES

- Desembale o equipamento com cuidado e verifique se todos os itens que compõem o equipamento estão presentes.
- Proceder a montagem de acordo com o manual de instruções.
- Evite queda. Evite contato com água ou respingo d'água.
- Higienize o equipamento com auxílio de compressa umedecida com álcool a 70% ou Surfa Safe e realize a limpeza externa de todo o conjunto. Em hipótese alguma limpe o equipamento internamente.
- Não utilizar abrasivos, como palha de aço, solventes orgânicos, tíner ou compostos corrosivos.
- Não há contraindicações conhecidas.

10. CERTIFICAÇÕES

Empresa com controle e garantia total de qualidade de acordo com as normativas nacionais da RDC 665/2022 e internacionais da ISO 13.485:2016

11. FABRICANTE

Kolplast CI SA

Estrada Municipal Benedito de Souza, 418. Bairro da Mina, Itupeva – SP.

CNPJ: 59.231.530/0001-93

Indústria Brasileira